1/ ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, um Beschädigungen während der Handhabung und Verwendung des Stuhls zu vermeiden.

MOEM ist ein Dusch- und Toilettenstuhl, der dazu dient, körperlich behinderten Personen die Hygiene zu erleichtern. Er ist für die Verwendung in der Dusche, am Waschbecken oder über der Toilette sowie zum Patiententransfer bestimmt.

MOEM ist für Patienten mit einem **maximalen Körpergewicht von bis zu 150 kg** ausgelegt.

MOEM ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß den geltenden spanischen Verordnungen über Medizinprodukte.

Alle Bilder, auf die sich bezogen wird, befinden sich auf den Seiten 4 und 5 dieses Handbuchs.

2/ BESCHREIBUNG UND ABMESSUNGEN

Siehe Abbildung A (seite 4)

- A 1 Rückenlehne
- A 2 Armlehne
- A 3 Sitz
- A 4 Fußstütze
- A 5 Rollen mit Bremse
- A 6 Rollen ohne Bremse
- A 7 Handgriff für Pflegekraft
- A 8 Sitzdeckel

3/ HANDHABUNG

Siehe Abbildung B (seite 4)

Überwinden niedriger Stufen
Stellen Sie bei leerem Stuhl Ihren Fuß auf die Rollenfixierung.
Bei besetztem Stuhl müssen Sie den Handgriff für die Pflegekraft fest packen und den Stuhl von hinten ziehen.

Den Stuhl bremsen *(Bild* B 1 - B 2*)*
Rollen mittels Fußbremse blockieren. Der Stuhl ist standsicherer, wenn die Rollen nach außen zeigen.

Transfer
Vergewissern Sie sich, dass die Bremse festgestellt ist, bevor Sie mit dem Patiententransfer zu einer anderen Auflage- oder Sitzfläche (Toilette, Bett...) beginnen. Entfernen Sie, falls notwendig, zuvor die Armlehne.

4/ ARMLEHNE

Siehe Abbildung C (seite 4)

Armlehne mittels Rolle ausziehbar.

5/ SITZDECKEL

Siehe Abbildung D (seite 4)

Leicht ausziehbar.

6/ FUßSTÜTZE

Siehe Abbildung E (seite 5)

Abnehmbar und leicht handhabbar.
Fünffach verstellbar.

7/ GARANTIE

Zwei Jahre Garantie für sämtliche Herstellungsfehler. Bei Eingriffen, die durch nichtautorisiertes Personal erfolgen oder bei denen nicht ordnungsgemäß die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen befolgt werden, verfallen.

8/ PFLEGE

Regelmäßig mit nicht scheuernden Produkten reinigen. Spülen und trocknen.
Rollen und Bremsen frei von Schmutz und Seifenresten halten.

9/ SICHERHEIT

Stuhl nicht verwenden, wenn Sie Schäden an ihm bemerken.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Materialschäden und Verletzungen führen.
Nicht auf die Fußstütze stellen, es besteht Umkippgefahr.
Vorsicht mit dem Sitzdeckel und den Armlehnen, es besteht Klemmgefahr.
Der Patient darf nicht mit dem Stuhl schaukeln, es besteht Umkippgefahr.
Patienten mit angemessener Geschwindigkeit befördern.

10/ TECHNISCHER KUNDENDIENST

Tecnimoem 97 S.L. verfügt für den Vertrieb all seiner Produkte über ein Händlernetz. Bei sämtlichen Problemen muss sich der Endkunde mit dem vertriebspartner in Verbindung setzen, von dem er das Produkt erworben hat. Der Vertriebspartner verfügt über das notwendige Fachwissen und ausreichende Ersatzteile, die von Tecnimoem bereitgestellt werden, um die Produkte zu warten.

TECNIMOEM 97 S.L. vertritt eine dauerhafte Politik der Verbesserung ihrer Produkte. Daher kann es sein, dass die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung geändert werden.